

ПОЛИТИКА ПО ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

1 Основные требования к прослеживаемости

1.1 Для обеспечения достоверности результатов работ ИЛЦ реализует политику ILAC и используют руководящие документы, которые содействуют гармонизации форм представления и подходов к критериям аккредитации. Метрологическая прослеживаемость результатов измерений является ключевым требованием, для которого необходима гармонизированная политика, чтобы потребители на рынке были уверены в результатах испытаний (исследований) и измерений

1.2 ИЛЦ устанавливает прослеживаемость средств измерений посредством и испытательного оборудования посредством неразрывной цепи поверки/аттестации.

1.3 Все средства измерений и испытательное оборудование, используемые для испытаний (исследований) и измерений в соответствии с областью аккредитации, имеющих значительное влияние на точность и достоверность результатов испытаний (исследований) и измерений поверены/аттестованы перед вводом в эксплуатацию.

1.4 В ИЛЦ используются стандартные образцы утвержденного типа для испытаний и измерений в соответствии с областью аккредитации.

2 Прослеживаемость измерений по поверке/аттестации

2.1 Требования к организациям для получения прослеживаемости измерений, аккредитованных на право поверки/аттестации Федеральной службой по аккредитации следующие:

- организация имеет действующий аттестат аккредитации на право поверки, аттестации;
- область аккредитации поверочной (калибровочной) лаборатории соответствует потребностям ИЛЦ;
- свидетельство о поверке/протокол аттестации содержит достаточные, для вынесения суждения о демонстрации прослеживаемости.

2.2 В свидетельствах о поверке СИ в обязательном порядке указана информация о рабочих эталонах, с применением которых поверялись СИ, методики поверки.

2.3 В протоколах аттестации в обязательном порядке указана информация о поверках всех применяемых СИ (с указанием номеров свидетельств о поверке и их сроков действия).

2.4 Если аттестация проводится внутренними силами ИЛЦ, то только с применением поверенных СИ и в протоколах аттестации ИО в обязательном порядке указывается номер

свидетельства о поверке и срок действия.

2.5 Свидетельства о поверке СИ/протокол аттестации ИО, полученные от метрологических служб, являются достаточным подтверждением прослеживаемости результатов измерений.

2.6 Все результаты испытаний выданные ИЛЦ выражаются в единицах системы СИ.

3 Прослеживаемость измерений по стандартным образцам

3.1 Сведения о прослеживаемости стандартного образца утвержденного типа содержатся в паспорте, в котором приведены утверждения о прослеживаемости.

3.2 Межлабораторные сличительные испытания позволяют установить метрологическую прослеживаемость стандартных образцов.

Заместитель главного врача,

Руководитель ИЛЦ

Е.А. Василенко